

OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ ASORTYMENTOWY

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby działań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych, wzmocnienia opieki domowej nad pacjentami oraz opieki fizjoterapeutycznej w podziale na 2 zadania

1. Zadanie obejmuje dostawę, transport, wniesienie, montaż (instalację) wskazanych w formularzu urządzeń do siedziby Zamawiającego, do wskazanych pomieszczeń. Dla wybranych sprzętów przewidziane jest szkolenie personelu (wskazane w tabelach specyfikacji).
2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz powinien posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca oświadcza, że spełnia określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do wykonania umowy, ma wystarczające doświadczenie i kwalifikacje do realizacji umowy oraz zobowiązuje się wykonać należycie przedmiot niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że towar wskazany we wszystkich pozycjach asortymentowych wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym, posiada właściwe dokumenty dopuszczające do obrotu, zgodnie z wymaganiami aktualnego stanu prawnego oraz, że w okresie obowiązywania umowy będzie na bieżąco monitorował stan prawny dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
5. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 (Dz. U. 2022 poz. 974) o wyrobach medycznych - w celu wykazania tego, Wykonawca przedstawi, na żądanie Zamawiającego, stosowne dokumenty, w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania.
6. Do każdej partii dostarczanego towaru powinny być dołączane niezbędne informacje - etykiety i instrukcje używania w języku polskim.
7. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na pełny zakres danego zadania (oferta musi obejmować wszystkie sprzęty wskazane w każdym zadaniu).
8. Wykonawca uzupełnia załącznik tylko w zakresie zadania na które składa ofertę. Pozostały zakres – usuwa/wykreśla, etc., w sposób, który nie będzie budził wątpliwości co do zakresu na który Wykonawca składa ofertę.

Zadanie nr 1– bilirubinometr

Bilirubinometr 1 sztuka

Pełna nazwa urządzenia:*

Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r):*

należy podać nr katalogowy urządzenia jeżeli taki numer został nadany

	Wymagane parametry i funkcje	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK lub lepszy*
1.	Zasilanie poprzez 2 wbudowane akumulatory Ni-MH 2,4V	TAK	
2.	Zasilanie ładowarki: 100V - 240V 50/60Hz, 11-18VA	TAK	
3.	Metoda pomiaru: Określa zażółcenie tkanki podskórnej za pomocą dwóch ścieżek optycznych do pomiaru różnicy gęstości optycznej przy dwóch długościach fali,	TAK	
4.	Zakres pomiaru: 0,0 mg/dl do 20 mg/dl lub 0 μmol/l, do 340 μmol/l,	TAK	
5.	Źródło światła: Pulsacyjna lampa ksenonowa łukowa	TAK	
6.	Żywotność źródła światła: 150000 pomiarów	TAK	
7.	Detektory: Fotodiody krzemowe	TAK	
8.	Zakres temperatury pracy: 10°C do 40°C	TAK	
9.	Minimalna liczba pomiarów po pełnym naładowaniu: 400 pojedynczych pomiarów	TAK	
10.	Ładowarka w zestawie	TAK	
11.	Zasilacz sieciowy w zestawie	TAK	
12.	Przewód zasilający w zestawie	TAK	
13.	Paszport techniczny	TAK	

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią OPZ.

*Uzupełnia Wykonawca

Zadanie nr 2 – Lampy medyczne

1. Lampa UV bakterio- i wirusobójcza 9 sztuk

Pełna nazwa urządzenia:*

Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r):*

naależy podać nr katalogowy urządzenia jeżeli taki numer został nadany

	Wymagane parametry i funkcje	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK lub lepszy
1.	napięcie zasilania: 230 V 50 Hz	TAK	
2.	pobór mocy: 115 VA	TAK	
3.	element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W	TAK	
4.	trwałość promiennika : 8000 h	TAK	
5.	wydajność wentylatora: 199 m ³ / h	TAK	
6.	dezynfekowana kubatura: 45-90 m ³	TAK	
7.	zasięg działania lampy: 18-36 m ²	TAK	
8.	klasa zabezpieczenia ppor.: I	TAK	
9.	typ obudowy : IP 20	TAK	
10.	wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm	TAK	
11.	wymiary: 600 x 1320 x 600 mm	TAK	
12.	waga 13,5 kg	TAK	
13.	kabel z wtyczką	TAK	
14.	Indukcyjny licznik czasu promienników	TAK	
15.	Lampa przejezdna/mobilna	TAK	
16.	Paszport techniczny	TAK	

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią OPZ.

*Uzupełnia Wykonawca

2. Lampa diagnostyczna bezcieniowa 6 sztuk

Pełna nazwa urządzenia:*

Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r):*

należy podać nr katalogowy urządzenia jeżeli taki numer został nadany

	Wymagane parametry i funkcje	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK lub lepszy
1.	napięcie zasilania: 24V DC	TAK	
2.	Natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec): 30 000 lux	TAK	
3.	Regulowane natężenie oświetlenia: 15÷100%	TAK	
4.	Wskaźnik oddawania barw Ra: 96	TAK	
5.	Temperatura barwowa: 4400 K-5000 K	TAK	
6.	Średnica pola roboczego d10: min. 230 mm	TAK	
7.	Średnica pola roboczego d50: 115-150 mm	TAK	
8.	Regulowana średnica pola roboczego: Nie	TAK	
9.	Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga: <1oC	TAK	
10.	Wgłębność oświetlenia L1+ L2(20%): 202 cm L1+ L2(60%): min. 130 cm	TAK	
11.	Pobór mocy przez oprawę: 7W-15 W	TAK	
12.	Klasa izolacji: I	TAK	
13.	Liczba źródeł światła 8 LED	TAK	
14.	Całkowite natężenie napromienienia dla 30 000 lux 81W/m2	TAK	
15.	Stopień ochrony obudowy: IP 20	TAK	
16.	Lampa statywowa	TAK	
17.	Paszport techniczny	TAK	

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią OPZ.

*Uzupełnia Wykonawca