

Jelcz-Laskowice, dnia 06.06.2025 r.

Zamawiający:

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o.
ul. Bożka 13,
55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania pn. **Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby działań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych, wzmocnienia opieki domowej nad pacjentami oraz opieki fizjoterapeutycznej w podziale na 2 zadania**

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o załączenie wzoru umowy. Zamawiający nie zamieścił wzoru umowy na stronie internetowej.

Odpowiedź:

Umieszczono na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 2:

Zadanie 1, poz. 1- bilirubinometr

Czy Zamawiający dopuści bilirubinometr z minimalną liczbą pomiarów po pełnym naładowaniu: 250 pojedynczych pomiarów (poz. 9 w tabeli)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza parametru.

Pytanie nr 3:

Zadanie 2, poz. 1- lampa UV bakteriobójcza i wirusobójcza

Czy Zamawiający dopuści lampę o wymiarach 600 x 1300 x 600 mm (poz. 11 w tabeli)? Pozostałe zgodnie z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr.

Pytanie nr 4:

Zadanie 2, poz. 2- Lampa diagnostyczna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści lampę o całkowitym natężeniu napromieniowania dla 30 000 lux 114W/m² (poz. 14 w tabeli)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy bilirubinometr o podanych poniżej parametrach technicznych:

Nieinwazyjny przezskórny miernik bilirubiny

Wiek ciążowy	Wiek ciążowy >24 tygodnie
Odcienie skóry	Wszystkie odcienie skóry
Wiek poporodowy	0-20 dni
Zakres stężenia bilirubiny całkowitej w surowicy	0-20 mg/dl 0-340 µg/dl
Korelacja	r=0,90
Powtarzalność ¹³ (SO) ¹⁴	±0,7 mg/dl ±12 µmol/l
Dokładność (RMSE) ¹²	+/- 1,5 mg/dl w 66% czasu lub 1 odchylenie standardowe +/- 26 µmol/l w 66% czasu lub 1 odchylenie standardowe

URZĄDZENIE PRZENOŚNE

Wymiary	57mm szer. x150 mm dł. x 23mm wys. (Całkowita wysokość: 54 mm)
Waga (łącznie z akumulatorem),	160 g(5,64 oz.)
Czytnik kodów kreskowych	Tak

AKUMULATOR

Typ	Litowo-jonowy
Napięcie	3,7 V
Pojemność	1050 mAh
Pomiary przy pełnym naładowaniu	250 (minimum)
Oczekiwana żywotność akumulatora	1 rok (minimum)
Czas ładowania (maksymalnie)	4 godziny

PODSTAWKA ŁADUJĄCA

Wymiary	80 mm szer. x 80mm dł. x 67 mm wys.
Waga	100g

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Typ	Zielone i niebieskie diody LED
Żywotność	>200 000 pomiarów

ZASILANIE

Wejście	100-240VAC. 50/60 Hz. 150mA
Wyjście	5V, 1100mA

ŁĄCZNOŚĆ

Łączność z P ¹⁵	Połączenie USB
Łączność z HIS ¹⁶	Protokół HL7 przez P ¹⁷

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Wilgotność względna	30% do 85% bez kondensacji
Ciśnienie atmosferyczne	0,78 do 1,05 atm.
Temperatura przechowywania	-10°C do +65°C (14°F do + 149°F)

¹² RMSE – pierwiastek błędu średniokwadratowego

¹³ Powtarzalność między urządzeniami

¹⁴ SD – odchylenie standardowe

¹⁵ Wymagany jest program komputerowy (dostarczany przez dystrybutora)

¹⁶ HIS - szpitalny system informatyczny

¹⁷ Wymagany jest program komputerowy (dostarczany przez dystrybutora)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o podanych parametrach.

Prokurent
Sabina Jasińska